

身長体重体組成計一式仕様書

1. 適合参考備品名称および数量は以下の通りとする。

【装置名称】身長体重体組成計

【数量】一式

2. 設置場所

鹿児島県薩摩川内市原田町 2-46 社会福祉法人^{恩賜}財団済生会川内病院 新館 2 階 健診センター

3. 装置構成

- ・身長体重体組成計
- ・大型液晶カラータッチパネル

4. 基本仕様・測定範囲

- ・健診・人間ドック仕様であること
- ・身長計：測定範囲 100cm 以上 200cm 以下が測定できること
目量 0.1cm 単位であること
自動測定可能であること
- ・体重計：ひょう量 200kg、目量 0.1kg 単位であること
- ・精度等級 3 級以上であること
- ・測定時間：身長・体重・体組成の同時進行で約 10 秒の測定時間であること
- ・体組成評価法：4C 法であること
- ・電源：AC100V であること

5. 主な測定・体組成項目

- ・体脂肪率：0.1%(3.0~75%)判定付きであること
- ・脂肪量：0.1kg 単位であること
- ・除脂肪量：0.1kg 単位であること
- ・体水分量：0.1kg 単位であること
- ・体水分率：0.1%単位であること
- ・基礎代謝量：0~9999kcal/日(1kcal/日単位)判定付きであること
- ・BMI：0.1 単位・判定付きであること
- ・標準体重：0.1kg 単位であること
- ・肥満度：0.1%単位であること
- ・筋肉量：0.1kg 単位・判定付きであること
- ・推定骨量：0.1kg 単位であること
- ・内臓脂肪レベル：1.0~59.0 レベル(0.5 レベル単位)・判定付きであること

- ・ローレル指数(17歳以下)：0.1単位であること
- ・脚部筋肉量点数：50～150点(1点単位)・判定付きであること
- ・体型判定：9段階であること
- ・インピーダンス：リアクタンス、レジスタンスであること
- ・プリントアウト：印字項目選択可能であること

6. システム連携

- ・通信機能(USB または RS-232C)が搭載されていること
- ・電子カルテや健診システムと連携が可能であること

7. その他(性能・機能以外に関する条件)

- ・ 入札書もしくは調達物品の金額が記載してあるものについては、長 3 封筒に封印をして提出すること。その他の書類は封印不要。それ以外の資料に関して、該当備品カタログ及び保守に関する資料(保守該当装置のみ)は必ず提出すること。
- ・日本語の操作マニュアルを提供すること。
- ・配送費・組立設置費・試運転調整費・既存品搬出費・解体処分費等は込みとし、納入により生じた梱包材料などは持ち帰り処分とすること。また既存備品の撤去・移設がある場合は、原則落札業者が行うこと。
- ・物件は未使用の新品であること。
- ・本装置に関し、使用する可能性がある消耗品等は全て見積書を添付すること。但し、メーカーが直接納品する場合、参考価格として提出すること。また、保守等を締結する必要がある装置に関しては、その仕様書・見積書を添付すること。
- ・アフター体制が万全であり、緊急連絡網が確立されていること。また故障した場合、復旧のため現場にて迅速な対応が可能であること。販売店は、鹿児島県内にてサービス可能な体制であること。
- ・修理・問い合わせ等が発生した場合、迅速に対応できること。
- ・本装置納品完了後 12 ヶ月は無償保証期間とすること。
- ・指定された納入場所において本体の据付・運転・調整を行うこと。代理店を通じて納品する場合、メーカーは必ず立ち会うこと。
- ・納品検収は、装置本体および周辺機器が正常に作動、即使用出来る事を確認し、当院職員への取扱説明を行った上で納品完了とする。
- ・本装置の使用者及び関係者に対して、メーカー担当者より操作説明についての教育を行うこと。
- ・取扱説明書等(取扱説明書・保証書・緊急連絡網)を全てファイリングして提出すること。
- ・仕様書に基づき、調達予定備品を納入出来ると病院担当者が判断し、且つ当院の定めた予定価格の制限範囲内の価格且つ最安値をもって入札を行ったものを購入決定者とする。
- ・購入決定者は売買契約書を提出すること。
- ・本仕様に関して疑義が生じた場合には、担当者との協議しその指示を仰ぐこと。また、本件買入の際に知り得た情報については、第三者に対して絶対に漏洩してはならない。
- ・機器支払は、検収終了月の末締め翌月払いとする。